

BQCL-T226/2567

BQCL-T226/2568

BQCL-T226/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Septa สำหรับฝาปิดชนิดเกลียวของขวดตัวอย่างใช้กับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ

1. เป็น Septa ลักษณะแผ่นวงกลม
2. ทำจากวัสดุ PTFE/White Silicone
3. สามารถใช้กับฝาปิดชนิดเกลียวของขวดตัวอย่างขนาด 2 มิลลิเมตร ที่ใช้กับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ ได้พอดี
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดลองใช้อย่างน้อย 10 ชิ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 - 4.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.3 ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/แพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



..... ประธานอนุกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

นาง..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

นายเกรวุฒิ..... อนุกรรมการ
(นายเกรวุฒิ นวลขาว)

นายศิริวัฒน์..... อนุกรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

นายรัชชานนท์..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ