

NIAH-G003/2567

NIAH-G003/2568

NIAH-G003/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Air zero

1. เป็นแก๊สที่ใช้สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีปริมาณแก๊สออกซิเจนผสมอยู่ประมาณ 19.5-23.5%
 - 2.2 มีปริมาณความชื้น ไม่เกิน 10 ppm
3. ปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร มีความดันไม่น้อยกว่า 2,000 psi โดยท่อที่ใช้บรรจุต้องเป็นของผู้ขายซึ่งจะได้รับคืนหลังจากใช้เนื้อแก๊สหมดแล้ว
4. มีใบรับรองคุณภาพการผลิตของแก๊ส (certificate of conformity) แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์พาณิชย์การ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทร์รา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ