

NIAH-G006/2567

NIAH-G006/2568

NIAH-G006/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร

1. เป็นหลอดปั่นตัวอย่างหรือสารละลาย พร้อมฝาเกลียว
2. ตัวหลอดทำด้วยพลาสติกชนิด polypropylene และสามารถทนแรงปั่นเหวี่ยงได้ไม่น้อยกว่า 12,000 xg ส่วนของฝาเกลียวทำด้วยพลาสติกชนิด polypropylene สามารถหมุนปิดได้สนิท และมีซีตบอกลบปริมาตรชัดเจน และผ่านการฆ่าเชื้อ
3. สามารถบรรจุสารได้สูงสุด 50 มิลลิลิตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันที่ส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันรับมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วัฒนาการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ