

NIAH-G010/2567

NIAH-G010/2568

NIAH-G010/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Cylinder, 1,000 mL

1. เป็นกระบอกตวงแก้ว ใช้สำหรับตวงสารละลาย ส่วนฐานมีลักษณะหกเหลี่ยม และส่วนปากกระบอกตวงมีจะงอยปาก (spout)
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ชนิด Class A แบบ TC หรือ In
 - 2.2 ผลิตจากแก้ว borosilicate
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน และมีค่าความผิดพลาด ไม่เกิน ± 5.000 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 4788
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
5. สวมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคาลี)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา วีระพันธ์)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทร์ภา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ