

NIAH-G013/2567

NIAH-G013/2568

NIAH-G013/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Disposable Syringe Filter ขนาด 0.2 ไมโครเมตร, 28 มิลลิเมตร

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองสารละลายโดยใช้ร่วมกับกระบอกฉีดยา
2. วัสดุแผ่นกรอง Membrane material เป็นชนิด Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) มีขนาดรูพรุน 0.2 ไมโครเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ลักษณะหัวต่อทางเข้าเป็นแบบ Female Luer Lock ทางออกเป็นแบบ Male Luer Lock หรือ Male Luer Slip
3. ผ่านการฆ่าเชื้อและบรรจุแยกเป็นชิ้น โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ