

NIAH-G014/2567

NIAH-G014/2568

NIAH-G014/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Disposable syringe ชนิดไม่มีหัวเข็ม

1. เป็นกระบอกฉีดยาพลาสติกชนิดปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียว
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กระบอกฉีดยา (barrel) ก้านฉีดยา (plunger) และจุกยางที่ปลายก้านฉีดยา (gasket)
 - 2.2 ตัวกระบอกมีขีดแสดงปริมาตรชัดเจน ปลายด้านหนึ่งมี luer slip หรือ luer slip tip อยู่ตรงกลาง
 - 2.3 ไม่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ (latex free)
3. มีขนาดความจุตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุแยกชิ้นในซองพลาสติก ซองละ 1 อัน
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485
 - 4.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส) (นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี) (นางจันทร์รา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์) (นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ