

NIAH-G015/2567
NIAH-G015/2568
NIAH-G015/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ELISA plate 96 well

1. เป็นเพลท 96 หลุม ชนิดกันเรียบ
2. ผลิตจากพลาสติก polypropylene
3. มีการเคลือบผิวด้วย maxisorp
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันรับมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
 - 4.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิท
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ฅรงควาณิชการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทร์ธา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ