

NIAH-G023/2567
NIAH-G023/2568
NIAH-G023/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Filter tip ชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด 10 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง

1. เป็นทิปสีขาวใสชนิดมีแผ่นกรอง บรรจุในกล่องใส่ทิป
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ตัวทิปใช้เทคโนโลยี diamond polished molding หรือ highly polished moulds ช่วยให้ปล่อยสารละลายได้หมด
 - 2.2 ตัวทิปทำจาก polypropylene ปราศจาก DNase และ RNase
 - 2.3 ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ ตามมาตรฐาน ISO 11137
 - 2.4 บรรจุในกล่อง จำนวน 96 ชิ้น/กล่อง
3. ใช้สำหรับดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 0.5 - 10 ไมโครลิตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (COA) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทร์ภา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญ์ ธีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ