

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Filter tip ชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด 20 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง

1. เป็นทีปสีขาวใสชนิดมีแผ่นกรอง บรรจุในกล่องใส่ทีป
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ตัวทีปใช้เทคโนโลยี diamond polished molding หรือ highly polished moulds ช่วย
ให้ปล่อยสารละลายได้หมด
 - 2.2 ตัวทีปทำจาก polypropylene ปราศจาก DNase และ RNase
 - 2.3 ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ ตามมาตรฐาน ISO 11137
 - 2.4 บรรจุในกล่อง จำนวน 96 ชิ้น/กล่อง
3. ใช้สำหรับดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 1 - 20 ไมโครลิตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (COA) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น
lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ
ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานอนุกรรมการ


(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)


 อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

 อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

 อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

 อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

 อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


 อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569 ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ