



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
MicroAmp 96 well reaction plate


1. เป็นเพลท PCR แบบ 96 หลุม แต่ละหลุมบรรจุสารปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ใช้กับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติรุ่น 3500 Genetic analyzer ได้
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด polypropylene ชนิด optical grade ที่มีความใสสูง
 - 2.2 มีการออกแบบให้การกระจายของอุณหภูมิระหว่างหลุมทั่วถึงกันและสม่ำเสมอ (well-to-well temperature uniformity) โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
 - 2.3 เป็นเพลทที่มีความสูงของขอบ (Skirted) 10.41 มิลลิเมตร และมีความสูงของเพลท 23.24 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางในหลุมที่ติดกันอยู่ที่ 9.025 มิลลิเมตร
 - 2.4 บริเวณมุมขวาด้านบนของเพลทจะถูกตัดมุมออก เพื่อช่วยป้องกันการใส่เพลทผิดด้าน
3. มีขนาดบรรจุ 10 เพลทต่อกล่อง
4. มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต (Certificate of conformance) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)


 อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

 อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

 อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

 อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

 อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

 อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ