

NIAH-G031/2567
NIAH-G031/2568
NIAH-G031/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Nitrogen gas, 99.99%

1. เป็นแก๊สไนโตรเจนที่ใช้สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.99%
 - 2.2 มีปริมาณออกซิเจน ไม่เกิน 10 ppm
 - 2.3 มีปริมาณความชื้น ไม่เกิน 10 ppm
3. ปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร มีความดันไม่น้อยกว่า 2,000 psi โดยท่อที่ใช้บรรจุต้องเป็นของผู้ขายซึ่งจะได้รับคืนหลังจากใช้เนื้อแก๊สหมดแล้ว
4. มีใบรับรองคุณภาพการผลิตของแก๊ส (certificate of conformity) แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ