

NIAH-G033/2567
NIAH-G033/2568
NIAH-G033/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Petridish ขนาด 90 มิลลิเมตร

1. เป็นจานเพาะเลี้ยงเซลล์
2. ผลิตจากพลาสติก polystyrene
3. มีฝาปิดแบบ vent สำหรับแลกเปลี่ยนอากาศ และผ่านการ sterile ด้วย gamma radiation หรือแก๊ส Ethylene Oxide (ETO)
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของ โดยระบุวันหมดอายุ
 - 4.2 มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิต เดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์พาณิชย์)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทร์ธา วัฒนะเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ