

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Serological pipette

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ดูดจ่ายสารละลาย ทำจากพลาสติกชนิด polystyrene (PS)
2. ผ่านการรับรองว่าปราศจาก cytotoxic, pyrogenic, DNase / RNase และ DNA
3. ขนาดตามที่ระบุในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.2 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของ โดยระบุวันหมดอายุ
 - 4.3 บรรจุในซองปิดสนิท ของละ 1 ชิ้น
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ

(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ