

NIAH-G037/2567
NIAH-G037/2568
NIAH-G037/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Single channel micropipette, 0.2-2 μ L

1. เป็นที่ดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียว ชนิดปรับปริมาตรได้
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 มีระบบปลดทิปแบบ soft touch tip ejection หรือ soft padded ejector หรือ Lite Touch system
 - 2.2 มีระบบปรับปริมาตรเพื่อป้องกันค่าที่ไม่ถูกต้องแบบ secure volume lock หรือ machined click stop with free rotating cap
 - 2.3 มีค่าความผิดพลาด ไม่เกิน $\pm 2.5\%$ ที่ปริมาตร 2 μ L และ ไม่เกิน $\pm 12\%$ ที่ปริมาตร 0.1 หรือ 0.2 μ L
 - 2.4 มีค่าความเที่ยงตรง ไม่เกิน $\pm 2\%$ ที่ปริมาตร 2 μ L และ ไม่เกิน $\pm 10\%$ ที่ปริมาตร 0.1 หรือ 0.2 μ L
 - 2.5 แสดงค่าปริมาตรเป็นตัวเลข พร้อมขีดบอกค่าความละเอียด สามารถปรับค่าความละเอียดได้ ครั้งละไม่เกิน 0.002 μ L
3. สามารถดูดและจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 0.2-2 μ L
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรายงานผลการ calibration ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมกันในวันที่ส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.3 มีใบรับรองการแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5. ส่งมอบตาม....

NIAH-G037/2567
NIAH-G037/2568
NIAH-G037/2569

5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)


.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ