

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TLC plate silica gel 60G F 254

1. เป็นแผ่นกระจกสำเร็จรูป ใช้สำหรับวิเคราะห์สารตกค้างโดยเทคนิค thin layer chromatography
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เคลือบด้วย silica gel มีตัวบ่งชี้การเรืองแสงที่คลื่นแสง 254 นาโนเมตร
 - 2.2 มีค่า layer thickness เท่ากับ 250 ไมโครเมตร
 - 2.3 มี gypsum เป็นตัวยึดเกาะ
3. มีขนาด 20 x 20 เซนติเมตร
4. มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทร์ธา วัฒนเมธานนท์)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ