

NIAH-G044/2567
NIAH-G044/2568
NIAH-G044/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม

1. เป็นกระบอกพลาสติกสำหรับเจาะเลือด และแยกซีรัม
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ผลิตจากพลาสติกที่สามารถเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงได้
 - 2.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 9 มิลลิลิตร
3. ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 อัน ในวันยื่นเสนอราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

nm/.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

5m/.....อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

จันทรา.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

On hr.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญ์ ธีระพันธ์)

so/.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ