

NIAH-G050/2567
NIAH-G050/2568
NIAH-G050/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดกรองขนาด 500 มิลลิลิตร ขนาดรูพรุน 0.22 ไมครอน

1. เป็นชุดขวดสำหรับดูดสารละลายแบบ vacuum
2. ประกอบด้วย
 - 2.1 ตัวกรองสารเป็น polyethersulfone (PES) ขนาดรูพรุน 0.22 ไมครอน
 - 2.2 ขวดตัวรับทำจาก polystyrene มีตัวเลขบอกปริมาณ สามารถบรรจุสารละลายได้ 500 มิลลิลิตร
3. ผ่านการ sterile และผ่านการรับรอง nonpyrogenic
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันรับมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันที่ส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์ว่าณิชการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ