

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หน้ากากอนามัย

1. เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
2. มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียได้ไม่น้อยกว่า 99 เปอร์เซ็นต์
3. ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิด polypropylene เย็บติดกันไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ชั้นนอกและชั้นในเป็นแบบspunbond ชั้นกลางหรือชั้นกรองเป็นแบบ meltblown มีสายยางยึดสำหรับคล้องหู
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือผ่านการทดสอบ Bacterial Filtration Efficiency (VFE) ตามมาตรฐาน ASTM F2101 หรือ ASTM F2100 level 1 หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส) (นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสุลี) (นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์) (นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ