

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของ Autoclave

1. เป็นหลอดทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ ของ autoclave ที่ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 นาที
2. ภายในหลอดทดสอบประกอบด้วย
 - 2.1 สปอร์ของเชื้อ *Geobacillus stearothermophilus* 7953 จำนวนเชื้อไม่น้อยกว่า 1.0×10^5 spores/unit
 - 2.2 อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมกับ Indicator
3. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของหลอดทดสอบ หลังจากการใช้งานแล้ว โดยนำไปบ่มที่ อุณหภูมิ ตั้งแต่ 55 - 62 องศาเซลเซียส หรือ 50 - 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แปลผลโดยดูการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ แบบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุบนฉลาก ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ฌรงควาณิชการ)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ) **ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569**

..... อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์) **ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569**

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ