

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หลอดสำหรับงาน PCR แบบแถวเรียง 8 หลอด ขนาด 0.1 มิลลิลิตร

1. เป็นหลอดสำหรับใส่สารละลายตัวอย่างชนิด 8 หลอดที่ออกแบบให้เกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด polypropylene
 - 2.2 มีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นแถวๆ ละ 8 หลอด
 - 2.3 ปราศจาก DNA, RNase และ PCR inhibitors
 - 2.4 สามารถใช้กับเครื่อง QuantStudio 5, 7500 Fast system และ StepOnePlus ได้
3. มีขนาดความจุ 0.1 มิลลิลิตร
4. มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตแนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ

(นางกัญญ์พิกขญา ชีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ