

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Rack พลาสติกสำหรับใส่หลอด PCR

1. เป็น Rack สำหรับใส่หลอด PCR พร้อมฝาปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ผลิตจากพลาสติก polypropylene
 - 2.2 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
3. มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 85 x 123 x 26 มิลลิเมตร
4. มีช่องสำหรับใส่หลอด PCR ขนาด 0.2 มิลลิลิตร จำนวน 96 ช่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ

(นางจันทร์ดา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ