

NIAH-G099/2567

NIAH-G099/2568
NIAH-G099/2569

ชุดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Forceps ชนิดมีเขี้ยว ยาว 16 เซนติเมตร

1. เป็นปากคีบชนิดมีเขี้ยว
2. ทำจาก Stainless steel
3. มีความยาวจากปลายแหลมถึงปลายอีกด้านหนึ่งประมาณ 16 เซนติเมตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยังอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา อีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ