

NIAH-G101/2567

NIAH-G101/2568

NIAH-G101/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Cathode buffer container (CBC) 3500 Series

1. เป็นภาชนะที่บรรจุ 1X running buffer (Cathode buffer) แบบพร้อมใช้สำหรับการทำ electrophoresis
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ภาชนะบรรจุแบ่งออกเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งบรรจุ 1X running buffer ส่วนอีกด้านบรรจุสารละลายสำหรับล้าง capillaries ของเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติระหว่างการทำงานของเครื่อง
 - 2.2 มีการติดแถบรหัส RFID tag เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและเก็บบันทึกรายละเอียดการใช้งาน
 - 2.3 ขนาดบรรจุ 4 ขั้วต่อกล่อง
3. สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ SeqStudio™ Flex และ 3500 series
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569 (นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ