

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TLC plate silica gel 60 F 254 ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร

1. เป็นแผ่นกระจกสำเร็จรูป ใช้สำหรับวิเคราะห์สารตกค้างโดยเทคนิค thin layer chromatography
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เคลือบด้วย silica gel
 - 2.2 มีความหนาของชั้นสารที่เคลือบอยู่ในช่วง 210-270 ไมโครเมตร
 - 2.3 มีตัวบ่งชี้การเรืองแสงที่คลื่นแสง 254 นาโนเมตร
3. มีขนาด 20 x 20 เซนติเมตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าในวันส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์ว่าณิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส).....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลิ).....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์).....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ).....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา วีระพันธ์).....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์).....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ