

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือ Nitrile แบบหนา

1. เป็นถุงมือสำหรับใส่ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส และสารเคมี ผลิตจากยางสังเคราะห์ ชนิด nitrile
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ถุงมือส่วนฝ่ามือหนาไม่น้อยกว่า 0.11 มิลลิเมตร ส่วนปลายนิ้วหนาไม่น้อยกว่า 0.16 มิลลิเมตร
 - 2.2 มีค่าการทดสอบการรั่วซึม acceptable quality limit (AQL) ไม่เกิน 0.65
 - 2.3 ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN ISO 374-1 สำหรับการป้องกันสารเคมีและมาตรฐาน EN ISO 374-5 สำหรับการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส
3. มีขนาดตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 21420 หรือ EN 420
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 - 4.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ทดสอบอย่างน้อย 2 คู่ ในวันยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569 (นายณินทยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ