

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe filter ขนาดรูพรุน 0.2 ไมโครเมตร

1. เป็นตัวกรองสารละลายสำหรับต่อกับ syringe ใช้สำหรับกรองอนุภาคขนาดเล็กออกจากสารละลายตัวอย่าง
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 membrane เป็นชนิด polyethersulfone (PES) ที่มีคุณสมบัติ low protein binding หรือ low adsorption ขนาดรูพรุน 0.2 ไมโครเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 – 28 มิลลิเมตร
 - 2.2 ตัว housing ทำจาก acrylic copolymer หรือ methacrylate butadiene styrene (MBS) หรือ polypropylene
 - 2.3 เป็นชนิด non-pyrogen หรือมี endotoxins น้อยกว่า 0.1 EU/มิลลิลิตร ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี
 - 2.4 สามารถใช้ต่อกับ syringe ได้พอดี
 - 2.5 สามารถกรองสารละลายตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร
3. บรรจุแยกชิ้น
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาในวันส่งมอบและต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
 - 4.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ทดสอบอย่างน้อย 2 ชิ้น ในวันยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วณิชการ)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลิ)

.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ