


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หลอดพลาสติกสำหรับงาน PCR แบบแถวเรียง 8 หลอด ขนาด 0.2 มิลลิลิตร

1. เป็นหลอดพลาสติกแบบแถวเรียง 8 หลอดสำหรับใช้ในงาน PCR
2. ผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene มีสีใสและฝาแบบเรียบ
3. ปราศจาก DNase และ RNase
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น ในวันยื่นเสนอราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


.....อนุกรรมการ
(นางชวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมชานนท์)


.....อนุกรรมการ
(นางนงพร วัดเคลล์)


.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สุกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ