

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หลอดพลาสติกสำหรับงาน Real-time PCR แบบแถวเรียง 8 หลอด ขนาด 0.1 มิลลิลิตร

1. เป็นหลอดพลาสติกสีขาวทึบ ตัวหลอดเรียงติดกันเป็นแถวจำนวน 8 หลอด พร้อมฝาเรียบใส (flat) เรียงติดกันเป็นแถวจำนวน 8 ฝา ใช้สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real-time PCR
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 เป็นชนิด Low profile
 - 2.3 ปราศจาก DNase RNase และ Pyrogen หรือ Endotoxin
 - 2.4 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Real-time PCR ยี่ห้อ Applied Biosystems รุ่นที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
 - 2.5 สามารถบรรจุสารละลายได้ 0.1 มิลลิลิตร
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 strips ต่อกล่อง
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)



อนุกรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)



อนุกรรมการ

(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)



อนุกรรมการ

(นางนภาพร วิดเดส)




อนุกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ