

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาดตรวจแยกชนิดเนื้อหมูโดยวิธี Real-time PCR


1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเนื้อหมูในตัวอย่างอาหารหรืออาหารสัตว์โดยวิธี Real-time PCR
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 Master mix หรือ PCR mix
 - 2.2 Positive control หรือ Control template
 - 2.3 เอกสารแนะนำการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเนื้อหมู โดยใช้ไพรเมอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจง
 - 3.2 สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมที่ระดับต่ำสุด (Detection limit หรือ LOD) ไม่เกิน 0.01 เปอร์เซ็นต์
 - 3.3 ชุดน้ำยามี Internal control (IC) หรือ Internal positive control (IPC)
 - 3.4 สามารถวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 48 reactions
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.3 ชุดทดสอบต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
 - 5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ