

BQCL-G015/2567

BQCL-G015/2568

BQCL-G015/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดทดสอบจำแนกจีสของเชื้อ *Listeria*

1. เป็นชุดทดสอบที่ใช้ในการจำแนกจีสของเชื้อ *Listeria*
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 Microwell strip หรือ LISTERIA SYSTEM 18R จำนวน 20 อัน แต่ละอันบรรจุ substrate อย่างน้อย 10 หลุม
 - 2.2 *Listeria* suspending medium หรือ Physiological solution จำนวน 20 ขวด
 - 2.3 Haemolysin reagent หรือ ABN reagent จำนวน 1 ขวด
 - 2.4 Holding frame หรือ Xylose disc/ABS disc
 - 2.5 คู่มือแนะนำการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 สามารถใช้ในการจำแนกเชื้อ *Listeria* ได้ 6 species คือ *Listeria monocytogenes*, *Listeria welshimeri*, *Listeria ivanovii*, *Listeria innocua*, *Listeria grayi* และ *Listeria seeligeri*
 - 3.2 สามารถอ่านผลทดสอบได้ภายในระยะเวลา 18-24 ชั่วโมงหลังการบ่มเพาะ
 - 3.3 สามารถอ่านผลการทดสอบได้โดยการเทียบสีที่เกิดขึ้น แล้วนำผลการทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตารางวิเคราะห์ผล
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ โดยแจกแจงรายละเอียดของสารเคมีและ reagent ทุกชนิดของชุดทดสอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 - 5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.4 ชุดทดสอบต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5.5 เก็บรักษา...

5.5 เก็บรักษา...

BQCL-G015/2567

BQCL-G015/2568

BQCL-G015/2569

5.5 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ

6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



อนุกรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ชุดทดสอบจำแนกจีโนสของเชื้อ *Listeria*