

NIAH-T018/2567

NIAH-T018/2568

NIAH-T018/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยามาตรฐานสำหรับเครื่องวัดความขุ่น

1. เป็นชุดน้ำยามาตรฐานใช้สำหรับตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องวัดความขุ่น (เครื่อง DensiCHEK plus)
2. ชุดน้ำยามาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 น้ำยามาตรฐาน จำนวน 4 หลอด ที่มีค่าความขุ่นเท่ากับ 0.0, 0.5, 2.0 และ 3.0 McFarland
 - 2.2 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. น้ำยามาตรฐานมีส่วนประกอบของ
 - Demineralized water 90.0 to 100.0%
 - Hexamethylenetetramine 1.0 to 10.0%
 - Formazin polymer <1.0%
 - Formaldehyde <0.1%
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตแนบมาในวันส่งมอบสินค้า
 - 5.2 เก็บรักษาสภาพที่อุณหภูมิ 5 - 30 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ

(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

..... อนุกรรมการ

(นายเจษฎา รัตนโสภาส)

..... อนุกรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ