

NIAH-T020/2567
NIAH-T020/2568
NIAH-T020/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 bp

1. เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับเป็นดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบปริมาณและขนาดของ DNA บน Agarose gel
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 ชุดสำเร็จรูปของดีเอ็นเอมาตรฐาน 500 ไมโครลิตร จำนวน 1 หลอด
 - 2.2 DNA loading dye จำนวน 1 หลอด
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 มี reference แบนที่ 500 และ 1500 ซึ่งมีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษ โดยมีการระบุความเข้มข้นของ DNA แต่ละแบนในหน่วยนาโนกรัมเพื่อให้่ายต่อการใช้งาน
 - 3.2 ประกอบด้วยชิ้นส่วนดีเอ็นเอซึ่งเตรียมจาก PCR product หรือ พลาสมิด จำนวน 12 เส้น ขนาดตั้งแต่ 100 เบส ถึง 3 กิโลเบส
4. มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตแนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลาถึง 6 เดือน และจัดเก็บที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส ได้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมดอายุ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญ์ ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ