

NIAH-T042/2567
NIAH-T042/2568
NIAH-T042/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1kb DNA marker

1. เป็นน้ำยาที่ใช้ในการหาขนาดและปริมาณของ DNA ด้วยวิธี agarose gel electrophoresis
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 DNA Ladder พร้อมใช้งาน ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 ไมโครลิตร จำนวน 1 หลอด
 - 2.2 DNA loading dye หรือ loading buffer
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ไมโครลิตร จำนวน 1 หลอด
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 มีจำนวนแถบ (band) DNA ไม่น้อยกว่า 13 แถบ
 - 3.2 มีขนาด DNA ครอบคลุม 250 ถึง 10,000 คู่เบส
 - 3.3 มีแถบ DNA อ้างอิงไม่น้อยกว่า 1 แถบ
 - 3.4 มีความคงตัวเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
 - 3.5 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 แถว (lanes)
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

.....อนุกรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....อนุกรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....อนุกรรมการ

(นางจันทร์รา วัฒนเมธานนท์)

.....อนุกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ