

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดทดสอบ Equine Infectious anemia antibody test Kit

1. เป็นชุดทดสอบ Agar gel immunodiffusion (AGID) test สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคโลหิตจางติดเชื้อม้า (Equine Infectious Anemia, EIAV) ในซีรัม
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 EIAV antigen หรือ EIAV p26 antigen จำนวน 1 หลอด
 - 2.2 Reference positive control serum หรือ Positive serum จำนวน 1 หลอด
 - 2.3 มีเอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 แอนติเจนสำหรับใช้ในการทดสอบ เป็น p26 ของ EIAV
 - 3.2 สามารถตรวจได้ไม่น้อยกว่า 200 tests
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ภาชนะบรรจุ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) หรือ เอกสารรับรองคุณภาพ (Quality control data sheet) แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ

5.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างชุดทดสอบ จำนวน 1 กล่อง ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ หรือเป็นชุดทดสอบที่เคยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคโลหิตจางติดเชื่อในม้าด้วย International reference serum หรือ National reference serum และผ่านเกณฑ์การทดสอบของห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5.3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ


6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานอนุกรรมการ
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)



.....อนุกรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิกขญา อีระพันธ์)


.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ