



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุด Taqman MGB probe และ primer


1. เป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอ probe และ primer ที่ทราบลำดับเบส และ probe ติดฉลากที่ปลาย 5' ด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ (dye) และที่ปลาย 3' ด้วย quencher ชนิด MGB
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 probe 1 เส้น มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 6,000 pmol
 - 2.2 primer 2 เส้น มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10,000 pmol
 - 2.3 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 probe ติดฉลากที่ปลาย 5' ด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ โดยสามารถเลือกสีฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ติดฉลากได้ โดยระบุสีในใบเบิก
 - 3.2 probe ติดฉลากที่ปลาย 3' ด้วย Minor Groove Binder (MGB)
 - 3.3 probe และ primer ทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี HPLC หรือ desalt
 - 3.4 สามารถใช้ได้กับงานด้านต่างๆ ที่ใช้เทคนิค Real-time PCR
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)



..... อนุกรรมการ
(นางอวัรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลี)


..... อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


..... อนุกรรมการ
(นางนภาพร วัดเตลล์)


..... อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญ์ อีระพันธ์)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิทูรพงศ์)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ