

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Amoxicillin/Clavulanic acid antimicrobial susceptibility test discs, 20/10 µg


1. เป็นแผ่นยาววงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ โดยใช้หลักการ diffusion
2. มีความเข้มข้นของยา Amoxicillin/Clavulanic acid ในอัตราส่วน 20/10 ไมโครกรัม
3. ใน 1 หลอดบรรจุ 50 แผ่นยา
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 ถึง 8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)



.....อนุกรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....อนุกรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


.....อนุกรรมการ
(นางนพพร วัดเตลล์)


.....อนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ