



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ขวด BOD ขนาด 300 mL

1. เป็นขวด BOD สำหรับใช้ในการบ่มตัวอย่างน้ำแบบไม่ระบุตัวเลขพร้อมจุกแก้วปิดขวด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นขวดแก้วใสชนิด Type I
 - 2.2 ทำจากแก้ว Borosilicate
 - 2.3 จุกแก้วปิดขวดเป็นแบบ glass stopper หรือ penny head หรือ robotic stopper
3. มีขนาดความจุ 300 มิลลิลิตร
4. เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E-438
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ประธานกรรมการ
 (นางกัญญาพิชญา ธีระพันธ์)


 กรรมการ
 (นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)



 กรรมการ
 (นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคาลี)



 กรรมการ
 (นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


 กรรมการ
 (นางนภาพร วัตเดสล์)


 กรรมการ
 (นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการ
 (นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)


 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ