

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบตเตอรี่ 12V 9AH

1. เป็นแบตเตอรี่แห้งชนิด VRLA หรือ SLA สำหรับใช้สำรองไฟ (UPS) ให้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. แบตเตอรี่หุ้มด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีเครื่องหมายบอกขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ป็นนูนหรือสกรีนสีชัดเจนที่ใกล้กับบริเวณขั้วแบตเตอรี่
3. ให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และความจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 9 AH
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
 - 4.2. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ผลิตไม่เกิน 1 ปี นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบ
 - 4.3. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ชีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางนพพร วัดเคลล์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ