



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Argon gas, HP, 99.995%

1. เป็นก๊าซอาร์กอนที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.995%
2. บรรจุในท่อก๊าซ มีปริมาณเนื้อก๊าซไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่า มีความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi หรือ 150 bar วาล์วท่อก๊าซเป็นชนิด CGA 580 โดยท่อที่ใช้บรรจุต้องเป็นของผู้ขาย ซึ่งจะได้รับคืนหลังจากใช้เนื้อก๊าซหมดท่อแล้ว
3. มีปริมาณออกซิเจนไม่เกิน 5 ppm และปริมาณความชื้นหรือน้ำไม่เกิน 5 ppm
4. มีใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อก๊าซ (certificate of analysis) ประจำทุกท่อ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ชีระพันธ์)


..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)


..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)



..... กรรมการ
(นางนวพร วัดเดสล์)


..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ