

สสช.-C001/2569

สสช.-C001/2569

สสช.-C001/2568

สสช.-C001/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Concentrated system liquid

1. เป็นน้ำยาสำหรับใช้ในระบบการกระจายของเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ
2. มีสาร Non-ionic surfactant ความเข้มข้น 25 g/L โดยก่อนใช้งานต้องเจือจางด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:500
3. สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ BioSystems ที่มีอยู่เดิมได้
4. บรรจุในขวดพลาสติกปิดสนิท มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา อีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2566

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2567

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ