

รศ. - ๒๐๑๗/๒๕๖๐

สสช. - ๐๑๗/๒๕๖๑

สสช. - ๐๑๗/๒๕๖๘

สสช.-C097/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Dourine positive control serum, low titer

1. เป็นซีรัมควบคุมบวก ชนิด low titer สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ *Trypanosoma equiperdum* โดยวิธี serologic test
2. ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร
3. สามารถตรวจตัวอย่างได้ 40 tests/vial
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชา ชีระพันธ์)


..... กรรมการ
(นายเชษฐา รัตนภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ