

๔๘๘.-C098/2570

๘๘๘.-C098/2569

๘๘๘.-C098/2568

๘๘๘.-C098/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Dourine positive control serum, high titer


1. เป็นซีรัมควบคุมบวก ชนิด high titer สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ *Trypanosoma equiperdum* โดยวิธี serologic test
2. ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร
3. สามารถตรวจตัวอย่างได้ 40 tests/vial
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐





(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ชีระพันธ์)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)


.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมCHANANT)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ