

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Quality Control Standard, 21 Elements, 100 mg/L

1. เป็นสารควบคุมคุณภาพใช้สำหรับการวิเคราะห์หาแร่ธาตุและโลหะหนักด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP)
2. ในสารละลาย 1 ขวดประกอบด้วยธาตุ 21 ชนิดมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 98-102 mg/L ดังนี้
As (Arsenic) Be (Beryllium) Ca (Calcium) Cd (Cadmium)
Co (Cobalt) Cr (Chromium) Cu (Copper) Fe (Iron)
Li (Lithium) Mg (Magnesium) Mn (Manganese) Mo (Molybdenum)
Ni (Nickel) Pb (Lead) Sb (Antimony) Se (Selenium)
Sr (Strontium) Ti (Titanium) Tl (Thallium) V (Vanadium)
Zn (Zinc)
3. ละลายอยู่ใน nitric acid (HNO₃) ความเข้มข้น 5%
4. เงื่อนไขอื่นๆ
4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบ
สินค้าและต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
4.2 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
4.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
4.4 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิหุรงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ