




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายมาตรฐาน Arsenic (V) สำหรับเครื่อง ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ Arsenic (V) ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP) ชนิด Certified Reference Material
2. มีความเข้มข้นของ Arsenic (V) อยู่ในช่วง 985 – 1,010 mg/L
3. ละลายอยู่ในน้ำ
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034
 - 4.3 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.4 สามารถสืบทอดได้ถึง NIST
 - 4.5 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.6 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.7 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ชีระพันธ์)



..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)



..... กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)



..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


..... กรรมการ
(นางนพพร วัดเตลล์)


..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิหุรพงศ์)


..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ