

รศร.- ๕๐๐๖ / ๒๕๖๐

สสช.- ๕๐๐๖/๒๕๖๑

สสช.- ๕๐๐๖/๒๕๖๘

สสช.-G006/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ไมโครปิเตตเอ็นทูเอ็น ขนาด 5 ไมโครลิตร


1. เป็นหลอดแก้วขนาดเล็กปลายเปิดทั้ง 2 ทาง แบบไม่มีสเกล
2. มีค่า accuracy ไม่เกิน ± 0.50 เปอร์เซ็นต์
3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร และบรรจุสารละลายได้ 5 ไมโครลิตร
4. มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตครอบคลุมช่วงเวลาผลิตแนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐



..... ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา อีระพันธ์)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)


..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคุล)


..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ