

รศ. - ๕๐๐๗/๒๕๖๐

สสช. - ๐๐๐๗/๒๕๖๑

สสช. - ๐๐๐๗/๒๕๖๘

สสช.-G007/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไมโครปิเปตเอ็นทูเอ็น ขนาด 10 ไมโครลิตร

1. เป็นหลอดแก้วขนาดเล็กปลายเปิดทั้ง 2 ทาง แบบไม่มีสเกล
2. มีค่า accuracy ไม่เกิน ± 0.50 เปอร์เซ็นต์
3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร และบรรจุสารละลายได้ 10 ไมโครลิตร
4. มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตครอบคลุมช่วงเวลาผลิตแนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิหุรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ