

รศ. - ๕๐๐๘/๒๕๖๐

สสช. - G008/256๙

สสช. - G008/256๘

สสช.-G008/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Hydrogen gas, UHP grade

1. เป็นแก๊สไฮโดรเจนชนิด Ultra High Purity grade (UHP grade)
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.999%
 - 2.2 มีปริมาณออกซิเจน ไม่เกิน 3 ppm
 - 2.3 มีปริมาณความชื้น ไม่เกิน 3 ppm
3. ปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร มีความดันไม่น้อยกว่า 2,000 psi โดยท่อที่ใช้บรรจุต้องเป็นของผู้ขายซึ่งจะได้รับคืนหลังจากใช้เนื้อแก๊สหมดแล้ว
4. มีใบรับรองคุณภาพการผลิตของแก๊ส (certificate of conformity) แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ