

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Serological pipette, 2 mL

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ดูดจ่ายสารละลาย
2. ทำจากพลาสติกชนิด polystyrene (PS)
3. ผ่านการรับรองว่าปราศจาก cytotoxic, pyrogenic, DNase / RNase และ DNA
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.2 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของ โดยระบุวันหมดอายุ
 - 4.3 บรรจุในซองปิดสนิท ซองละ 1 ชิ้น
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๕๕๖๐

.....ประธานกรรมการ (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ