

คสช. - ๕๐๑๘ / ๒๕๖๐

สสช. - ๕๐๑๘ / ๒๕๖๑

สสช. - ๕๐๑๘ / ๒๕๖๒

สสช.-G018/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Loading tip สำหรับวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม

1. เป็นทิปสำหรับการใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 4200 TapeStation
2. ใช้งานกับแผ่น ScreenTape ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น High Sensitivity D1000 ScreenTape ได้
3. ขนาดบรรจุ 112 ทิปต่อกล่อง
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐





(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ





.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)


.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....กรรมการ
(นางจันทร์ วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ