

๙๙๖. - ๘๘๔ | ๒๕๖๐

สสช. - ๕๐๒๔/๒๕๖๙

สสช. - ๕๐๒๔/๒๕๖๘

สสช.-G024/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดทดสอบความกระชับสำหรับอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจเชิงคุณภาพ รสหวาน

1. เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจโดยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Fit Test) โดยการรับสัมผัสรสหวานจากสารทดสอบ
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 น้ำยาทดสอบการรับรสหวาน (Sensitivity solution : Sweet) จำนวน 1 ขวด
 - 2.2 น้ำยาทดสอบความกระชับรสหวาน (Fit test solution : Sweet) จำนวน 1 ขวด
 - 2.3 อุปกรณ์สร้างละออง (Nebulizer) จำนวน 2 ชิ้น
 - 2.4 ชุดคลุมศีรษะ (Test Hood) จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.5 ฐานรองชุด (Collar) จำนวน 1 ชิ้น
3. สามารถใช้ทดสอบความกระชับของใบหน้าของหน้ากาก ได้ทั้งชนิดใช้ครั้งเดียว และชนิดเปลี่ยนตัวกรองได้
4. ผู้จำหน่ายต้องจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งาน รวมถึงทำการทดสอบความกระชับ (Fit test) ของอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นางกัญญ์พิชญ์ ธีระพันธ์)

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ